

Số:
Về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua
sinh phẩm, vật tư y tế xét nghiệm
HIV/AIDS năm 2024

Hậu Giang, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp sinh phẩm và vật tư y tế
tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo
giá làm cơ sở tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sinh phẩm, vật tư y tế xét
nghiệm HIV/AIDS năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang địa
chỉ: số 613, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 3, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu
Giang*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: *Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, số điện thoại 02933.878.953, địa chỉ
mail. tksbt.syt@haugiang.gov.vn*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu
Giang, địa chỉ Số: 613, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 3, Tp. Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang.*

- *Nhận qua email: tksbt.syt@haugiang.gov.vn*

- *Nhận qua Fax: 02933.878.953.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2024
đến ngày 17 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17
tháng 10 năm 2024 .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục thầu mua sinh phẩm, vật tư y tế xét nghiệm HIV/AIDS năm
2024

(Đính kèm danh mục)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang thông báo để Quý nhà thầu biết và tham gia gói thầu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DVTYT.

GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hạnh

Phụ lục: DANH MỤC SINH PHẨM, VẬT TƯ Y TẾ
XÉT NGHIỆM HIV/AIDS NĂM 2024
(Đính kèm Công văn số /KSBT ngày tháng năm 2024 của
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang)

STT	Danh mục	Đặt tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Que thử chẩn đoán nhanh 04 chất gây nghiện: thuốc phiện, thuốc lắc, ma túy đá, bồ đề trong nước tiểu	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất	Test	8.035		
2	Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể kháng vi rút HIV-1 và HIV-2	Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể HIV 1 và/hoặc HIV 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) so sánh xét nghiệm HIV EIA thương mại hàng đầu. Tỷ lệ kết quả phù hợp là 99,8% - Độ nhạy tương quan : 99,9% (99,3%-100%) - Độ đặc hiệu tương quan : 99,6% (99,1%-99,9%) - Độ chính xác tương quan : 99,8% (99,4%-99,9%) - Thể tích mẫu sử dụng 25ul, đọc kết quả 15-20 phút - Giấy phép lưu hành BYT phân loại D - Đạt chứng nhận ISO	Test	7.925		
3	Test thử kháng nguyên và kháng	Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 của HIV và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2.	Hộp	7		

	thể HIV	Thành phần: Diluent; Negative Control; Positive Control; Conjugate; Conjugate dil; Substrate; Substrate Dil; Wash Fluid.				
4	Ống nghiệm Serum	Kích thước ống: 12x75mm,13x75mm (cho thể tích 5ml). Màu nắp, nhãn ống: Đỏ. Chất liệu ống: được làm bằng nhựa PET trắng trong như thủy tinh hoặc nhựa PP Hóa chất: Hạt polystiren tẩm hóa chất đông máu. Dung tích máu: 2.0 ml có vạch định mức. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Có giấy chứng nhận phân tích chịu lực quay ly tâm 5000 vòng/phút trong 10 phút. Trên từng khay sản phẩm có tem ghi rõ thành phần hóa chất, quy trình lấy và lưu trữ máu, lô, hạn sử dụng	Ống	6.000		
5	Găng tay cao su y tế không bột	Làm bằng cao su tự nhiên, Chiều dài nhỏ nhất 240mm, chiều rộng bàn tay size XS ≤ 80 , S 80 ± 10 , M 95 ± 10 , L 110 ± 10 , XL $L \geq 110$, Độ dày nhỏ nhất ngón tay, lòng bàn tay là 0,08mm, không bột.	Đôi	5.700		
6	Bơm tiêm sử dụng một lần	Bơm kim tiêm 5ml, Chất liệu nhựa y tế , Kích thước: cỡ kim 23G x 1, Đường kính , độ dài kim , vật liệu kết cấu kim tiêm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế : không bị gãy, không bị xoắn trong điều kiện sử dụng bình thường	Cái	2.600		